



ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
Ул. Стари шор 47, 22000 Сремска Митровица

e-mail: info@zdravlje-sm.org.rs
web: www.zdravlje-sm.org.rs

Тел:022/610-511

Тел/Факс:022/636-509

Жиро рачун: 840-209667-75

Del.broj:

Datum:27.12.2016.

1. U partiji 2, zahtevate stavku 2, apsolutni etanol. Da li je odgovarajuće ponuditi etanol sa oznakom p.a, ACS, Reag. Ph. Eur. koji nije denaturisan?
Odgovor 1: Etanol sa oznakom p.a, ACS, Reag. Ph. Eur. koji nije denaturisan je prihvatljiv.
2. U partiji 2, zahtevate stavku 5, azotna kiselina. Da li je odgovarajuće ponuditi azotnu kiselinu kvaliteta p.a. u kojoj je sadržaj metala manji od 1ppm (proizvođač u specifikaciji navodi sadržaje <0.2ppm, <0.02ppm I sl.)
Odgovor 2: Azotna kiselina kvaliteta p.a. u kojoj je sadržaj metala manji od 1ppm (ako proizvođač u specifikaciji navodi sadržaje npr. <0.2ppm, <0.02ppm i sl.) i ukoliko je označen p.a. ISO je prihvatljiv
3. U partiji 2, zahtevate stavku 8, hlorovodonična kiselina. Da li je odgovarajuće ponuditi hlorovodoničnu kiselinu kvaliteta p.a. u kojoj je sadržaj metala manji od 1ppm (proizvođač u specifikaciji navodi sadržaje <0.2ppm, <0.02ppm I sl.)
Odgovor 3: Hlorovodonična kiselina kvaliteta p.a. u kojoj je sadržaj metala manji od 1ppm (ako proizvođač u specifikaciji navodi sadržaje npr. <0.2ppm, <0.02ppm i sl.) i ukoliko je označen p.a. ACS i/ili ISO je prihvatljiv
4. U partiji 2, zahtevate stavku 11, heksadekan. Da li je odgovarajuće ponuditi analitički standard čiju čistocu proizvođač ne deklarise u specifikaciji?
Odgovor 4: Analitički standard čiju čistocu proizvođač ne deklarise u specifikaciji je prihvatljiv, upravo iz razloga jer će se u laboratoriji koristiti kao ANALITIČKI STANDARD.
5. U partiji 2, zahtevate stavku 12, perhlorna kiselina. Da li je odgovarajuće ponuditi hemikaliju sa oznakom p.a. ISO, a bez oznake ACS?
Odgovor 5: Perhlorna kiselina -hemikalija sa oznakom p.a. ISO, a bez oznake ACS je prihvatljiva.
6. U partiji 2, zahtevate stavku 14, sumporna kiselina. Da li je odgovarajuće ponuditi hemikaliju sa oznakom p.a. ISO, a bez oznake ACS?
Odgovor 6: Perhlorna kiselina -hemikalija sa oznakom p.a. ISO, a bez oznake ACS je prihvatljiva.
7. U partiji 2, zahtevate stavku 15, triton x-100. Da li je odgovarajuće ponuditi hemikaliju bez oznake p.a. obzirom da se pomenuta hemikalija ne deklarise kao p.a. hemikalija?
Odgovor 7: Triton x-100 bez oznake p.a. je prihvatljiv.
8. U partiji 19, zahtevate stavku 10 papir za hromatografiju. Da li je odgovarajuća količina koju je potrebno ponuditi 1 pakovanje od 100 listova?
Odgovor 8: Ponuditi 1 pakovanje od 100 listova je prihvatljivo.

Službenik za javne nabavke
Nataša Teleki