



ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ  
Ул. Стари шор 47, 22000 Сремска Митровица

e-mail: [info@zdravlje-sm.org.rs](mailto:info@zdravlje-sm.org.rs)  
web: [www.zdravlje-sm.org.rs](http://www.zdravlje-sm.org.rs)

Тел:022/610-511

Тел/Факс:022/636-509

Жиро рачун: 840-209667-75

Del.broj:1385/16  
Datum:29.12.2016.

### Partija broj 9- rastvori za kalibraciju

#### 1. Stavka br. 5. Kalibracioni rastvor za konduktometriju 100uS/cm

Da li je prihvatljivo ponuditi kalibracioni rastvor za konduktometriju 84 uS/cm ?

Odgovor 1:

Prihvatljivo je. Deklarišu ga na različite načine: 84  $\mu$ S/cm mu je provodljivost na 20 °C. Isti rastvor na 25 °C ima provodljivost 100  $\mu$ S/cm.

#### 2. Stavka br.6 Rastvor za kalibraciju turbidimetra 0.002 NTU

Da li je prihvatljivo ponuditi set Hanna kataloški broj HI 88713-11 ili Turbidity Standard 0 NTU ?

Odgovor 2:

Turbidity standard 0 NTU nije prihvatljiv, jer turbidimetar koji poseduje laboratorija ima softverski zadate tačke za kalibraciju (0,02 10 i 1000 NTU).

Set Hanna kataloški broj HI 88713-11: Podaci koji su mi bili dostupni na njihovom sajtu ukazuju na različite mutnoće standarda u setu (<0,10 15 100 750 i 2000), tako da taj set nije prihvatljiv.

### Partija broj 11- rastvori za kalibraciju

#### 3. Stavke br. 17-19. Bireta sa Schelbach trakom i plastičnom slavinom

Da li je prihvatljivo ponuditi birete sa Schelbach crtom sa PTFE slavinom ?

Odgovor 3:

Prihvatljivo je.

Službenik za javne nabavke  
Nataša Teleki