



**Centar za mikrobiologiju**

**Datum:** 18.09.2017.

**Del.broj:** 967/17

**Predmet:** Pojašnjenje tenderske dokumentacije za nabavku br.2/17

***Pitanje i Odgovor***

- Uz tehnicke specifikacije aparata koje zahtevate navodite da je uz ponudu za sve partije neophodno dostaviti autorizaciju proizvođača.

Nasa kompanija je ovlašćeni zastupnik i delimično vlasnik kompanije Lab Logistics Group GmbH koja predstavlja jednog od najvećih evropskih prodavaca laboratorijske opreme i potrošnog materijala.

Da li je prihvatljivo dostaviti

- autorizaciju za Kefo kao ovlašćenog prodavca LLG artikala sa listom proizvođača koje zastupa, a na kojoj se nalaze I proizvođači ciju opremu nudimo u ovoj nabavci.

- Autorizacija za Kefo kao ovlašćenog prodavca LLG artikala sa listom proizvođača koje zastupa, a na kojoj se nalaze i proizvođači čiju opremu nude **je prihvatljiva** i potrebno ju je dostaviti u dokumentaciji.

***Pitanje i Odgovor***

- obracam Vam se sa molbom da razmotrite specifikaciju za **partiju 5**, Sistem za preciscavanje vode sa PE tankom od 100L.

Naime, posto je u pitanju aparat koji proizvodi vodu tipa 3, koji po definiciji rade po pricipu Reverzne osomoze i jonskih izmenjivaca, te kao takvi nemaju parametre koji se ticu otpornosti, provodljivosti i TOC parametra jer u sebi nemaju EDI modul, UV lampu .

**Odgovor:** U konkursnoj dokumentaciji zanemariti parametre koji se ticu otpornosti, provodljivosti i TOC parametra.

Tehnički rukovodilac Centra za mikrobiologiju

*Kordić Jadravka*

Službenik za javne nabavke

*Nataša Teleki*  
Nataša Teleki