



ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
ул. Стари шор 47, 22000 Сремска Митровица
e-mail: info@zdravlje-sm.org.rs
web: www.zdravlje-sm.org.rs

Tel:022/610-511 Tel/Faks:022/636-509

Žiro račun: 840-209667-75

Centar za mikrobiologiju

Datum: 22.09.2017.

Del.broj: 978/17

Predmet: Pojašnjenje tenderske dokumentacije za nabavku br.2/17

Pitanje i Odgovor

1. Da li je zahtevano 10 komada cilindara namenjenih sterilizaciji Petri ploča/pipeta?
Odgovor: Da ,zahtevano je 10 komada cilindara namenjenih za sterilizaciju pipeta,odnosno Petri-ploča.
2. Da li neophodno da dodatna oprema za partiju 1. koja je definisana konkursnom dokumentacijom, bude od istog proizvođača kao i ponuđeni autoklav?

Odgovor: Nije nophodno da dodatna oprema za partiju 1. koja je definisana konkursnom dokumentacijom bude od istog proizvođača kao i ponuđeni autoklav **ali neophodno je** da oprema za partiju 1. bude kompatibilna sa ponuđenim aparatom (da odgovara za upotrebu u ponuđenom autoklavu).

Napominjemo da je potrebno stavke pod rednim brojem 1. posmatrati kao celinu –jednu partiju. i dostaviti celokupnu ponudu za aparat i dodatnu opremu iz razloga što je **neophodno** da su pomenute stavke kompatibilne .Ponude sa pojedinačno ponuđenim stavkama se neće razmatrati

Tehnički rukovodilac Centra za mikrobiologiju

Lidija Janković



Službenik za javne nabavke

Nataša Teleki
Nataša Teleki