




**ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Стари шор 47**

Мат.бр.: **08039801**
Рег.бр.: **8238022472**
Шиф.дел. **86-90**
ПИБ: **100791703**
ж.рачун: **840-209667-75**
тел/факс: **022/ 610-511, 636-509**
e-mail: **info@zdravlje-sm.org.rs**
web: **www.zdravlje-sm.org.rs**



Број: 165/19-I
Датум: 29.01.2019.год.

Питање:

U vezi partije 83:

Partija 83	UKUPNO:		
Mini term ubodni DIGITALNI TERMOMETAR SA PRIPADAJUCOM SONDOM	5384-1 N2	kom.	6

Molim za pojašnjenje kakav tačno termometar želite...neke karakteristike... IC termometar sa sondom, običan digitalni ubodni termometar....merni opseg, karakteristike.

ОДГОВОР:

Мини убодни термометар
Резолуција: 0.1 °C ili 0.1°F
Прецизност: +/- 1 °C

Мерни опсег: - 49.9 do + 149.9 °C/°F

Хвала на разумевању.
Др Татјана Рогуља Орелъ